Certificate of Conformity

Konformitätsbescheinigung
Certificat de Conformité
Certificato di conformità
Certificado de conformidad
Certificado de Conformidade

SAMPLING SYSTEMS

Part Number *Teilnummer / Référence / Codice Prodotto / Número de pieza / Número da peça*	5035T-601 5035T-1001 5035T-1501 5035T-2001 5035T-2501
Description *Bezeichnung / Description/ Descrizione / Descripción / Descrição*	Liquid Master PTFE
Material *Werkstoff / Matériau / Materiale / Material / Material:*	PTFE & FEP
Date *Datum / Date / Data / Fecha / Data:*	03 December 2024

English

- We confirm that the product contact parts of this sampler are manufactured from PTFE & FEP.
- The PTFE & FEP components are manufactured from virgin PTFE & FEP which conforms to:
  - FDA 21 CFR 177.1550
  - USP Class VI
  - EU regulation 10/2011
  - EC regulation 1935/2004
- The polymers used in the manufacture of this sampler are certified as being BSE/TSE free.
- The information detailed above has been given to us by our suppliers, it is passed on in good faith and is to the best of our knowledge correct.

Deutsch

- *Wir bestätigen, dass die Kontaktteile dieses Probennehmers aus PTFE & FEP hergestellt sind.*
- *Die PTFE & FEP-Komponenten sind aus reinem PTFE & FEP hergestellt und entsprechen* FDA 21 CFR 177.1550, USP Kat VI, EU regulation 10/2011 & EC regulation 1935/2004
- *Die Polymere, die für die Herstellung dieses Probennehmers verwendet wurden, sind nachweislich BSE/TSE-frei.*
- *Die obenstehenden Informationen wurden uns von unseren Zulieferern mitgeteilt und werden in Treu und Glauben nach unserem jüngsten Wissensstand weitergeleitet.*

Français

- *Nous certifions que les pièces de contact de cet échantillonneur sont fabriquées à partir de PTFE & FEP.*
- *Les composants PTFE & FEP sont fabriqués à partir de PTFE & FEP vierge qui est conforme au* FDA 21 CFR 177.1550, USP Classe VI, EU regulation 10/2011 & EC regulation 1935/2004
- *Les polymères utilisés dans la fabrication de cet échantillonneur sont certifiés comme ne contenant aucune trace d'ESB ni d'ESST*
- *Les informations mentionnées ci-dessus ont été données par nos fournisseurs, elles sont transmises en bonne foi et, au meilleur de notre connaissance, sont exactes.*

Italiano

- *Si dichiara che la merce sopra elencata è stata prodotta con PTFE e FEP.*
- *I componenti PTFE & FEP sono prodotti con PTFE & FEP vergine in conformità a*FDA 21 CFR 177.1550, USP Class VI, EU regulation 10/2011 & EC regulation 1935/2004
- *I polimeri utilizzati nella costruzione di questo campionatore sono certificati BSE/TSE free*
- *Le informazioni sopra ci sono state fornite da i nostri fornitori, vengono trasmesse in buona fede e in base alle nostre conoscenze.*

Español

- *Confirmamos que las mercancías enumeradas más arriba están fabricadas con PTFE y FEP.*

Sampling Systems Ltd.
2 Trillennium Point, Gorsey Lane, Coleshill. B46 1JU. UK.
Tel: +44(0)1675 466992 Email: info@sampling.com Web: www.sampling.com

- *Los componentes de PTFE están fabricados con PTFE virgen que se ajusta a*FDA 21 CFR 177.1550, USP Class VI, EU regulation 10/2011 & EC regulation 1935/2004
- *Certificamos que los polímeros utilizados en la fabricación de este muestreador están libres de BSE/TSE.*
- *La información detallada más arriba nos ha sido facilitada por nuestros proveedores, la transmitimos de buena fe y la consideramos correcta a nuestro mejor saber y entender.*

Português

- *Confirmamos que as mercadorias descritas acima são fabricados a partir de PTFE e FEP.*
- *Os componentes PTFE são fabricados a partir de PTFE steril que está de acordo com* FDA 21 CFR 177.1550, USP Class VI, EU regulation 10/2011 & EC regulation 1935/2004
- *Os polímeros utilizados na fabricação deste amostrador são certificados como sendo BSE / TSE free.*
- *A informação acima foi fornecida a nós pelos nossos fornecedores, a informação transmitida é boa fé e é o melhor do nosso correcto conhecimento.*

For and on behalf of Sampling Systems Ltd.

Für und im Namen von Sampling Systems Ltd.
Pour et au nom de Sampling Systems Ltd.
Da e per conto di Sampling Systems Ltd.
En nombre y por cuenta de Sampling Systems Ltd.
Por e em nome deSampling Systems Ltd.

Kuldeep Flora
Quality Manager

This certificate is valid for 3 years from the date given above.
Diese Bescheinigung gilt für 3 Jahre ab dem obenstehenden Datum.
Ce certificat est valable 3 ans à compter de la date indiquée ci-dessus.
Questo certificato è valido per 3 anni dalla data indicata sopra.
Este certificado es válido durante 3 años a partir de la fecha especificada más arriba.
Este certificado é válido por 3 anos a partir da data indicada acima.

Sampling Systems Ltd.
2 Trillennium Point, Gorsey Lane, Coleshill. B46 1JU. UK.
Tel: +44(0)1675 466992 Email: info@sampling.com Web: www.sampling.com