

Certificate of Conformity

Konformitätsbescheinigung
Certificat de Conformité
Certificato di conformità
Certificado de conformidad
Certificado de Conformidade



Page 1 of 2

Part Number

5072B-500

Teilnummer / Référence / Codice Prodotto /
Número de pieza / Número da peça

Description

Sub Sampler Pro (Bomb Sampler Pro)

Bezeichnung / Description / Descrizione /
Descripción / Descrição

Material

316L Stainless Steel

Werkstoff / Matériau / Materiale / Material /
Material:

316L Edelstahl / Acier inoxydable 316L / Acciaio inossidabile 316L / acero
inoxidable 316L / Aço inoxidável 316L

Silicone Seal

Silikon / Silicone / Silicone / Silicona / Silicone

Date

28 February 2023

Datum / Date / Data / Fecha / Data:

English

- We confirm that the product contact metallic parts of this sampler are manufactured from 316L stainless steel.
- The seal is manufactured from silicone that conforms to FDA CFR 177.2600.
- The information detailed above has been given to us by our suppliers, it is passed on in good faith and is to the best of our knowledge correct.

Deutsch

- Wir bestätigen, dass die Kontaktteile aus Metall dieses Probennehmers aus 316L Edelstahl hergestellt sind
- Die Dichtung ist aus Silikon hergestellt, das FDA CFR 177.2600 entspricht.
- Die obenstehenden Informationen wurden uns von unseren Zulieferern mitgeteilt und werden in Treu und Glauben nach unserem jüngsten Wissensstand weitergeleitet.

Français

- Nous certifions que les pièces métalliques de contact de cet échantillonneur sont fabriquées en Acier inoxydable 316L.
- La rondelle est en silicone conforme à la norme FDA CFR 177.2600.
- Les informations mentionnées ci-dessus ont été données par nos fournisseurs, elles sont transmises en bonne foi et, au meilleur de notre connaissance, sont exactes.

Italiano

- Si dichiara che le parti metalliche del campionatore a contatto con il prodotto sono realizzate con Acciaio inossidabile 316L
- La guarnizione è realizzata in silicone certificato FDA CFR 177.2600
- Le informazioni sopra ci sono state fornite da i nostri fornitori, vengono trasmesse in buona fede e in base alle nostre conoscenze.

Español

- Confirmamos que las piezas en contacto con el producto de este muestreador están fabricadas con Acero inoxidable 316L.
- La junta está fabricada con silicona que se ajusta a la FDA CFR 177.2600.
- La información detallada más arriba nos ha sido facilitada por nuestros proveedores, la transmitimos de buena fe y la consideramos correcta a nuestro mejor saber y entender.

Certificate of Conformity

Konformitätsbescheinigung
Certificat de Conformité
Certificato di conformità
Certificado de conformidad
Certificado de Conformidade



Page 2 of 2

Português

- Confirmamos que as partes metálicas contato com o produto deste amostrador são fabricados a partir de Aço inoxidável 316L.
- O selo é fabricado a partir de silicone que está de acordo com FDA CFR 177.2600.
- A informação acima foi fornecida a nós pelos nossos fornecedores, a informação transmitida é boa fé e é o melhor do nosso correcto conhecimento.

For and on behalf of Sampling Systems Ltd.

Für und im Namen von Sampling Systems Ltd.
Pour et au nom de Sampling Systems Ltd.
Da e per conto di Sampling Systems Ltd.
En nombre y por cuenta de Sampling Systems Ltd.
Por e em nome de Sampling Systems Ltd.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kuldeep Flora'.

Kuldeep Flora
Quality Manager

This certificate is valid for 3 years from the date given above.
Diese Bescheinigung gilt für 3 Jahre ab dem obenstehenden Datum.
Ce certificat est valable 3 ans à compter de la date indiquée ci-dessus.
Questo certificato è valido per 3 anni dalla data indicata sopra.
Este certificado es válido durante 3 años a partir de la fecha especificada más arriba.
Este certificado é válido por 3 anos a partir da data indicada acima.

